




JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

SETOR DE BENEFÍCIOS (PB-BENEFÍCIOS)

ANEXO Nº 5120418

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM I - DISCO DE EQUILÍBRIO E PROPIOCEPÇÃO COM BOMBA



Descrição: Disco de Equilíbrio e Propriocepção 33cm diâmetro e 8cm altura, inflável com bomba, peso suportado 100kg, material PVC.

ITEM II - ROLO DE PROPIOCEPÇÃO



Descrição: Rolo de Propriocepção – massagem e liberação miofascial 90cm x 1,5cm, com densidade alta de espuma, peso máximo suportado 140kg.

ITEM III - GEL CONDUTOR 10KG



Descrição: Kinesio tape – Fita bandagem, taping com 5 cm de largura x 5 metros, resistente à água e livre de látex

ITEM V - ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 10CM



Descrição: Eletrodos Autoadesivos, reutilizáveis medindo 5cm x 10cm

ITEM VI - ELETRODO AUTOADESIVO 5CM X 5CM



Descrição: Eletrodos Autoadesivos, reutilizáveis medindo 5cm x 5cm

ITEM VII - KIT DE VENTOSA ACRÍLICA 10 PEÇAS COM BOMBA DE SUCÇÃO



Descrição: Diâmetro 4,5cm (6 unidades); 3,8cm (1 unidade); 3,5cm (1 unidade); 3,0cm (1 unidade); 2,3cm (1 unidade); Material dos copos: acrílico

ITEM VIII - AGULHAS PARA ACUPUNTURA



Descrição: Agulha de Acupuntura esterilizadas, descartáveis e embaladas individualmente; Especificações: Cabo espiral; Agulha estéril (óxido de etileno); Composição: aço inoxidável 304. Medida: 0,25mm x 30mm - Kit com 100 unidades

ITEM IX - CABOS SONOPULSE II



Descrição: Cabo de Eletroestimulação compatível com aparelho Ibramed para substituição de cabos rompidos e inutilizados do equipamento Sonopulse II. Pinos banana e com 2 vias de comunicação. Comprimento 1,5m.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA REGINA CASTRO DA SILVA**, **SUPERVISOR ASSISTENTE DE QUALIDADE DE VIDA E BENEFÍCIOS**, em 21/05/2025, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador **5120418** e o código CRC **0DD4A5C6**.